
DETECT & DISSOLVE
BIOFILM MATRIX





Detect

Kirurgisten instrumenttien puhdistusprosessin laadunvalvontaa.

- Laadunvalvontaväline puhdistusprosessin optimointia varten.
- Patentoitu ja hyväksytty teknologia, joka mahdollistaa biokalvojen ja lian tunnistamisen instrumenttien pinnoilta.
- Nopeat tutkimustulokset näkyvät suoraan instrumentin pinnalla (10 min).

Käyttökohteet

Kirurgiset instrumentit



Hammaslääketieteelliset instrumentit



Tuoteominaisuudet

- Nopea ja yksinkertainen: < 10 minuuttia per instrumenttikori (1 DIN)
- Mahdollistaa instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneiden puhdistustehon valvonnan
- Kaksi pääainesosaa:
  - VÄRIAINE
  - INDIKAATTORI
- Astiat kuuluvat pakettiin.
- Yhteensopivia materiaaleja mm. ruostumaton teräs, polypropeeni, polytetrafluorieteeni, polyoksymetyleeni, alumiini, titaani
- Rekisteröity luokan I lääkinnälliseksi laitteeksi
- Biohajoavuus 95 % (OCDE 302B)

Kohti biokalvotonta terveydenhuoltoa

DETECT & DISSOLVE
BIOFILM MATRIX

Käyttöohjeet

Katso tarkemmat ohjeet liitteestä

1. Upotus:
   - 5 minuuttia VÄRIAINE-liuoksessa
   - 2 minuuttia INDIKAATTORI-liuoksessa
2. Huuhtele vedellä.
3. Tulkinta (katso tulkintaohje)
4. Liuokset säilyvät käyttökelpoisina kaksi kuukautta tai 50 käyttökertaa.

VÄRIAINE

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Ulkomuoto:	kirkkaansininen neste
pH:	2.8 +/- 0.5
Tiheys:	880 - 980

Ainesosat:

Etanoli, isopropanoli, sitruunahappo, etikkahappo, tiettyjen väriaineiden sekoitus (patentoitu yhdiste)

Toimitusyksiköt:

Pakkaus	Tuotenumero
6 x 950 ml	OL21129
4 x 5 L	OL21119

INDIKAATTORI

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Ulkomuoto:	clear liquid
pH:	2.8 +/- 0.5
Tiheys:	880 - 980

Ainesosat:

Etanoli, isopropanoli, sitruunahappo, etikkahappo, patentoitu kaava

Toimitusyksiköt:

Pakkaus	Tuotenumero
6 x 950 ml	OL21229
4 x 5 L	OL21219

PINTAPUHDISTUSAINE

Väriaineelle altistuneiden pintojen puhdistusaine

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Ulkomuoto:	kirkas neste
pH:	9 +/- 0.5
Tiheys:	850 - 950

Ainesosat:

Etanoli, vesi

Toimitusyksiköt:

Pakkaus	Tuotenumero
1 x 1 L	OL21716

NEUTRALOIJA

Väriaineen ja indikaattorin neutralointiaine

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Ulkomuoto:	valkoinen jauhe

Ainesosat:
Natriumperkarbonaatti, natriumkarbonaatti, tetra-asetyylietyleenidiamiini

Toimitusyksiköt:


Pakkaus	Tuotenumero
4 x 1 kg	OL21318

Varotoimenpiteet

- **Käytä suojakäsineitä.** Mikäli riittävää ilmanvaihtoa ei ole saatavilla, käytä asianmukaisia hengityssuojaimia. Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä.
- **Suojaa** työskentelyalue.
- **Säilytä suljetussa alkuperäisessä säiliössä +4...+25 °C:n lämpötilassa.** Huomioi tuotteen Viimeinen käyttöpäivä merkintä.
- **Tuotteen hävitys:** ennalta sovitun osapuolen tulee hävittää käyttämättömät tuotteet.

DETECT & DISSOLVE
BIOFILM MATRIX

DETECT Sterilointipakkaus (CSSD)



DETECT CSSD -sterilointipakkaus sisältää:

- 2 kannellista astiaa
- 4 x 5 l väriaineliuosta
- 4 x 5 l indikaattoriliuosta
- 4 x 1 kg neutralointiainetta
- 1 x 1 l pintapuhdistusaineliuosta
- Tulkintaohjeet (2 kpl)
- Ajastimen
- Käyttöohjeet
- Kontrolli-instrumentin
- Metallilusikan
- 12 suodattavaa puolinaamaria

Tuotenumero: OL21623

DETECT Hammaslääkärin aloituspakkaus



Hammaslääkärin aloituspakkaus sisältää

- 1 x 950 ml väriaineliuosta
- 1 x 950 ml indikaattoriliuosta
- 1 x 1 l pintapuhdistusaineliuosta
- 1 x instrumentinpuhdistusharjan
- 1 USB-tikun
- 1 x 250 ml näyte enziDent®-puhdistusainetta
- 1 imukykyinen matto

Tuotenumero: OL21415

OneLife s.a.
Avenue Albert Einstein,15
1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
+32 10 48 34 27 I info@onelife-bf.com

onelife-biofilmfree.com